Item Number
ZZRWAL03AT

EN

REV. 2

BODYMED®

All-Terrain Knee Walker

Instruction Manual

Please read the following instructions carefully before use. Failure to read and observe all precautions may result in personal injury or equipment damage.

Manufactured for BodyMed® | Made in China | BodyMedProducts.com | 1-866-528-2152

BodyMed®

All-Terrain Knee Walker

I. Product Information 3

II. Assembly 4

III. How to Use 10

IV. Safety Considerations 11

V. Maintenance and Storage 11

VI. Limited Product Warranty 12

Product Specifications

Recommended User Height Range	5'0" - 6'4"
Knee Pad Adjustable Height	19" - 26" (48 cm - 65 cm)
Handlebar Adjustable Height	33" - 42" (83 cm - 107 cm)
Maximum Weight Capacity	350 lb. (159 kg)
Product Weight	35 lb. (16 kg)
Suggested Tire Pressure Range	30-35 PSI
Maximum Tire Pressure	40 PSI
Turning Radius	32º (3.986 ft.)

Important Note: Check the tire pressure before use. Rubber tires come deflated to minimize pressure during transportation. Tools not included for inflating tires. These tires are equipped with a standard Schrader valve. To inflate, use a basic manual tire pump.

I. Product Introduction

The BodyMed® All-Terrain Knee Walker with basket is a sturdy, durable, and comfortable 4-wheel mobility aid that offers patients suffering from a foot or ankle injury a smooth-rolling alternative to crutches during their recovery. Its deluxe, all-terrain tires make maneuverability on uneven surfaces possible.

Features

- Sleek, compact design
- Equipped with four 12", air-filled, all-terrain tires
- Foldable steering column for convenient carrying and storage
- Adjustable handlebar height
- Adjustable knee pad height
- Attachable basket for personal storage
- Front steering wheels
- Easily controllable dual back wheel brakes

Product Components

1. Padded Contoured Knee Pad
2. Handlebar with Anti-Slide Grips and Hand Brakes
3. Height Adjustable Steering Column
4. Height Adjustable Knee Pad Column
5. Front and Back All-Terrain Tires
6. Dual Back Wheel Brakes
7. Sturdy Solid Bar Frame
8. Attachable Basket
9. Allen Wrench
10. U-Lock and Star Screw

II. Assembly

Straightening the Front Wheels

PLEASE NOTE: The front wheels are turned sideways for ease in shipping. This may also help you save space when traveling with your knee walker.

Front Axle Bolt

1. Locate the lower bolt on the front axle of the Knee Walker.

2. Use the 3/16 Allen wrench to tighten or loosen the bolt.

Important Note: The lower bolt of the front axle can be removed so that the wheels can be placed sideways to save space while traveling. If loosened, please retighten the bolt into the front axle before riding. The lower bolt comes separate from the knee walker. Refer to the images below for instruction on where to insert the bolt.

Raising the Steering Column

PLEASE NOTE: When you receive your knee walker, the steering column will be in the folded position. Use a 3/16 Allen Wrench to loosen the bolt.

1. Pull up the quick release clamp lever at the base of the steering column to release the clamp, then push the lever forward to disengage.

2. Push the lever downward and to the left to disengage the pin, then push the steering column upward until it is in the full upright position.

3. When the steering column is upright, release the clamp lever so the pin goes back into the hole.



4. Lift the clamp lever up and rotate it clockwise to tighten the pressure on the lever.

Folding the Steering Column

1. Release the clamp lever at the base of the steering column, then push the lever forward to disengage.

2. Push the lever downward and to the left to disengage the pin, then push the steering column downward to its folded position.

Handlebar Assembly and Height Adjustment

1. Release the quick release clamp.

2. Loosen and remove the star screw (knob) attached to the steering column, and adjust the height of the steering column.

Handlebar Assembly and Height Adjustment (Continued)

3. Insert the star screw (knob) into the hole to cross the two columns, and tighten the knob into the adjacent screw on the steering column.

4. Tighten the quick release clamp to secure.

Basket Attachment

1. To install the basket, locate the two upper holes on the back of the basket.

2. Insert these two holes over the front anchor tabs on the steering column, then press down until the basket is securely fitted into the front anchor tabs.

Knee Pad Assembly and Height Adjustment

1. Release the quick release clamp.

2. Remove the pin on the knee pad bar.

3. Insert the knee pad column into the knee pad bar on the frame, then adjust the knee pad column to the proper height.

4. Insert the pin into the hole on the knee pad bar to lock the height in place.

5. Replace the U-Lock to secure the pin.

6. Tighten the quick release clamp under the knee pad.

Parking Brake Mode

1. To set the parking brake, locate the spring pins on each hand brake.

2. Grip each hand brake to activate the back-wheel brakes, then push the spring pins down to lock the brakes in place.

3. To release the parking brake, grip each hand brake again, causing the spring pins to release back to their original position.

Hand Brake Adjustment

The position of the hand brakes may be adjusted to suit the user's preference.

- Use a 3/16 Allen wrench to loosen the hand brakes.
- Reposition each hand brake to a comfortable use position, then retighten with the Allen wrench to set each in place.

Brake Adjustment

During assembly or routine maintenance, it is important to check the tightness of the braking mechanism. The pressure of the braking mechanism on the brake wheel should be enough so that the brake wheel does not turn and is not overly tight when the hand brake is fully squeezed.

- If the brakes are too loose, they will not function properly.
- If the brakes are too tight, they may cause a "squeaking sound" while the knee walker is in use.

Adjustments are required if the brakes are either too loose or too tight. The brake tightness can be adjusted with the nuts at either end of the brake cable.

- Turning the screw clockwise will loosen the brake.
- Turning the screw counterclockwise will tighten the brake.

Brake Adjustment (Continued)

1. The brake wheel nut can be located just on the inside back right wheel.



2. Locate the screws on either left or right hand brake cable.

III. How To Use

1. Check tire pressure before use and fill tires to suggested tire pressure range.
2. Before use, set the parking brake.
3. Place your hands on the handlebars.
4. Position the knee of your injured foot or ankle on the center of the knee pad. Your lower leg will rest on the rear portion of the pad.
5. Release the parking brake, and propel yourself backwards and forwards using your other leg. Keep the knee of your injured foot or ankle centered on the knee pad.
6. Move slowly so you can stop safely using your other leg.
7. Use the hand brakes as needed.

Shop the complete line of BodyMed® products at **www.BodyMedProducts.com**.

IV. Safety Considerations

1. When adjusting the height of the handlebars, make sure the star screw (knob) locks tightly for a secure hold.
2. Be sure to hold onto the handlebar grips using two hands.
3. To slow down or stop the knee walker, squeeze the two hand brakes to engage the back-wheel brakes. Be mindful of distances and speed when attempting to slow down or stop.
4. Keep the walker balanced when in use.
5. Unless adjusting the height, do not pull up on the knee pad. Be careful not to damage the connecting parts.
6. Do not lean forward while positioned on the knee pad as doing so may cause the knee walker to flip over.
7. Ensure all connecting parts are not damaged before use.
8. Do not operate near stairs.
9. Do not operate when taking medication that may cause dizziness or unbalanced walking.
10. This device is intended for use while a person is in place on the walker. Do not use it to pull yourself up from a seated position.
11. Please be cautious when moving from a carpeted area to hard surface floors or any rough surfaces.
12. Do not use if any components are missing.
13. For best results, this device should not be used over the rated weight limit.

V. Maintenance and Storage

1. Be sure to install the knee walker components correctly before use. Do not damage the components during installation.
2. Clean using a normal, neutral detergent.
3. Store in a dry, ventilated place.
4. Remember, the lower bolt of the front axle can be removed so that the wheels can be placed sideways to save space while traveling. If loosened, please retighten the bolt into the front axle before riding.

VI. Limited Product Warranty

Your BodyMed® All-Terrain Knee Walker is warranted to be free from defects in materials and workmanship occurring within one

(1) year from date of purchase, when used in strict accordance with the instructions provided. The sole remedy for a breach of this warranty is replacement of defective materials or components. This warranty extends only to the original purchase. The purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before full replacement will be provided.

Please contact BodyMed® at 1-866-528-2152

BODYMED® MAKES NO OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL SUCH WARRANTIES BEING HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED.

The warranty described above does not extend to the normal wear of the product and is void if the product fails to function properly as a result of an accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up, adjustments, improper maintenance, alteration, commercial use of product, use of the product which differs from the suggested use set forth in the product instructions, service by anyone other than an authorized service center or acts beyond the control of the manufacturer.

BODYMED® SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, WHETHER ARISING UNDER CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, STATUE OR OTHER FORM OF ACTION OR ANY DAMAGES IN EXCESS OF THE COST OF THE REPLACEMENT OF THE PRODUCT.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov, Not Made with Natual Rubber Latex

Scan the QR Code to Learn More About the BodyMed® All-Terrain Knee Walker and How to Assemble with Easy Step-by-Step Instructions.

Número de artículo
ZZRWAL03AT

ES

REV. 2

BodyMed®

Andador de rodilla todo terreno

Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar. El incumplimiento de todas las precauciones puede provocar lesiones personales o daños al equipo.

Fabricado para BodyMed® | Fabricado en China | BodyMedProducts.com | 1-866-528-2152

BodyMed®

Andador de rodilla todo terreno

I. Información del producto 15

II. Montaje 16

III. Modo de uso 22

IV. Consideraciones de seguridad 23

V. Mantenimiento y almacenamiento 23

VI. Garantía limitada del producto 24

Especificaciones del producto

Rango de altura de usuario recomendado	5'0" - 6'4"
Rodillera de altura ajustable	19" - 26" (48 cm - 65 cm)
Manillar de altura ajustable	33" - 42" (83 cm - 107 cm)
Capacidad máxima de peso	350 lb. (159 kg)
Peso del producto	35 lb. (16 kg)
Rango de presión de neumáticos sugerido	30-35 PSI
Presión máxima de los neumáticos	40 PSI
Turning Radius	32º (3.986 ft.)

Nota importante: Verifique la presión de los neumáticos antes de usarlos. Los neumáticos de goma se entregan desinflados para minimizar la presión durante el transporte. No se incluyen herramientas para inflar los neumáticos. Estos neumáticos están equipados con una válvula Schrader estándar. Para inflarlos, use una bomba de neumáticos manual básica.

I. Introducción del producto

El andador de rodilla todoterreno BodyMed® con cesta es una ayuda de movilidad de 4 ruedas robusta, duradera y cómoda que ofrece a los pacientes con lesiones de pie o tobillo una alternativa de suave rodamiento a las muletas durante su recuperación. Sus neumáticos todoterreno de alta calidad permiten maniobrar en superficies irregulares.

Características

- Diseño elegante y compacto
- Equipada con cuatro neumáticos todoterreno de 12 pulgadas con cámara de aire
- Columna de dirección plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento
- Manillar ajustable en altura
- Rodilleras ajustables en altura
- Cesta acoplable para almacenamiento personal
- Ruedas delanteras de dirección
- Frenos traseros dobles de fácil control

Componentes del producto

1. Rodillera acolchada y contorneada
2. Manillar con puños antideslizantes y frenos de mano
3. Columna de dirección ajustable en altura
4. Columna de la rodillera ajustable en altura
5. Neumáticos todoterreno delanteros y traseros
6. Frenos de rueda trasera dobles
7. Estructura de manillar robusta y sólida
8. Cesta acoplable
9. Llave Allen
10. Candado en U y tornillo Torx



II. Montaje

Enderezando las ruedas delanteras

TENGA EN CUENTA: Las ruedas delanteras están giradas hacia los lados para facilitar el envío. Esto también puede ayudarle a ahorrar espacio al transportar su andador de rodilla.

Perno del eje delantero

1. Localice el perno inferior en el eje delantero del andador de rodilla.

2. Utilice la llave Allen de 3/16 para apretar o aflojar el perno.

Nota importante: El perno inferior del eje delantero se puede quitar para que las ruedas se puedan colocar de lado y ahorrar espacio durante el transporte. Si lo afloja, asegúrese de volver a apretar el perno en el eje delantero antes de usar el andador. El perno inferior viene por separado. Consulte las imágenes a continuación para ver dónde insertar el perno.

Elevación de la columna de dirección

TENGA EN CUENTA: Al recibir su andador de rodilla, la columna de dirección estará plegada. Utilice una llave Allen de 3/16 para aflojar el tornillo.

1. Levante la palanca de liberación rápida situada en la base de la columna de dirección para soltar la abrazadera y, a continuación, empuje la palanca hacia adelante para desacoplarla.

2. Empuje la palanca hacia abajo y hacia la izquierda para soltar el pasador, luego empuje la columna de dirección hacia arriba hasta que quede en posición completamente vertical.

3. Cuando la columna de dirección esté en posición vertical, suelte la palanca de sujeción para que el pasador vuelva a entrar en el orificio.



4. Levante la palanca de sujeción y gírela en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión sobre la palanca.

Plegando la columna de dirección

1. Suelte la palanca de sujeción en la base de la columna de dirección y luego empuje la palanca hacia adelante para desbloquearla.

2. Empuje la palanca hacia abajo y hacia la izquierda para soltar el pasador, y luego empuje la columna de dirección hacia abajo hasta su posición plegada.

Montaje del manillar y ajuste de altura

1. Suelte la abrazadera de liberación rápida.

2. Afloje y retire el tornillo en forma de estrella (pomo) que está fijado a la columna de dirección y ajuste la altura de la columna de dirección.

Montaje y ajuste de la altura del manillar (continuación)

3. Inserte el tornillo en forma de estrella (perilla) en el orificio para unir las dos columnas y apriete la perilla en el tornillo adyacente de la columna de dirección.

4. Apriete la abrazadera de liberación rápida para fijarla.

Accesorio de cesta

1. Para instalar la cesta, localice los dos orificios superiores en la parte posterior de la cesta.

2. Inserte estos dos orificios sobre las pestañas de anclaje delanteras de la columna de dirección y, a continuación, presione hacia abajo hasta que la cesta quede firmemente encajada en las pestañas de anclaje delanteras.

Montaje de la rodillera y ajuste de altura

1. Suelte la abrazadera de liberación rápida.

2. Retire el pasador de la barra de la rodillera.

3. Inserte la columna de la almohadilla para la rodilla en la barra de la almohadilla para la rodilla del bastidor y, a continuación, ajuste la columna de la almohadilla para la rodilla a la altura adecuada.

4. Inserte el pasador en el orificio de la barra de la rodillera para fijar la altura.

5. Vuelva a colocar el candado en forma de U para asegurar el pasador.

6. Apriete la abrazadera de liberación rápida situada debajo de la rodillera.

Compre la línea completa de productos BodyMed® en www.BodyMedProducts.com

Modo de freno de estacionamiento

1. Para accionar el freno de estacionamiento, localice los pasadores de resorte en cada freno de mano.

2. Sujete las palancas de freno con ambas manos para activar los frenos de las ruedas traseras y, a continuación, presione los pasadores de resorte hacia abajo para bloquear los frenos en su posición.

3. Para soltar el freno de estacionamiento, vuelva a sujetar cada palanca del freno de mano, lo que hará que los pasadores de resorte vuelvan a su posición original.

Ajuste del freno de mano

La posición de los frenos de mano se puede ajustar según las preferencias del usuario.

- Utilice una llave Allen de 3/16 para aflojar los frenos de mano.
- Coloque cada freno de mano en una posición cómoda y luego apriételos de nuevo con la llave Allen para fijarlos en su lugar.

Ajuste de frenos

Durante el montaje o el mantenimiento de rutina, es importante verificar la tensión del mecanismo de frenado. La presión del mecanismo de frenado sobre la rueda debe ser suficiente para que la rueda no gire y, al mismo tiempo, no esté demasiado apretada cuando se acciona completamente el freno de mano.

- Si los frenos están demasiado flojos, no funcionarán correctamente.
- Si los frenos están demasiado apretados, pueden producir un chirrido mientras se utiliza el andador de rodilla.

Es necesario realizar ajustes si los frenos están demasiado flojos o demasiado apretados. La tensión del freno se puede ajustar con las tuercas en ambos extremos del cable de freno.

- Girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj aflojará el freno.
- Girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj apretará el freno.

Ajuste de los frenos (continuación)

1. La tuerca de la rueda del freno se encuentra justo en la parte interior de la rueda trasera derecha.



2. Localice los tornillos en el cable del freno, ya sea del lado izquierdo o del derecho.

III. Cómo usarlo

1. Verifique la presión de los neumáticos antes de usar el dispositivo y ajústela al rango de presión recomendado.
2. Antes de usarlo, active el freno de estacionamiento.
3. Coloque las manos en el manillar.
4. Coloque la rodilla del pie o tobillo lesionado en el centro de la almohadilla para la rodilla. La parte inferior de la pierna descansará sobre la parte trasera de la almohadilla.
5. Suelte el freno de estacionamiento e impúlsese hacia adelante y hacia atrás con la otra pierna. Mantenga la rodilla del pie o tobillo lesionado centrada en la almohadilla.
6. Muévase lentamente para poder detenerse con seguridad usando la otra pierna.
7. Use los frenos de mano según sea necesario.

IV. Consideraciones de seguridad

1. Al ajustar la altura del manillar, asegúrese de que el tornillo de estrella (perilla) quede bien apretado para una sujeción segura.
2. Asegúrese de sujetar las empuñaduras del manillar con ambas manos.
3. Para reducir la velocidad o detener el andador de rodilla, apriete los dos frenos de mano para activar los frenos de la rueda trasera. Tenga en cuenta las distancias y la velocidad al intentar reducir la velocidad o detenerse.
4. Mantenga el andador equilibrado durante su uso.
5. A menos que esté ajustando la altura, no tire de la almohadilla para la rodilla. Tenga cuidado de no dañar las piezas de conexión.
6. No se incline hacia adelante mientras esté apoyado sobre la almohadilla para la rodilla, ya que esto puede provocar que el andador se vuelque.
7. Asegúrese de que todas las piezas de conexión no estén dañadas antes de usarlo.
8. No lo utilice cerca de escaleras.
9. No lo utilice si está tomando medicamentos que puedan causar mareos o inestabilidad al caminar.
10. Este dispositivo está diseñado para usarse mientras la persona está apoyada sobre el andador. No lo use para levantarse desde una posición sentada.
11. Tenga cuidado al pasar de una zona alfombrada a suelos de superficie dura o cualquier superficie irregular.
12. No lo use si falta algún componente.
13. Para obtener mejores resultados, este dispositivo no debe usarse por encima del límite de peso recomendado.

V. Mantenimiento y almacenamiento

1. Asegúrese de instalar correctamente los componentes del andador de rodilla antes de usarlo. No dañe los componentes durante la instalación.
2. Limpie con un detergente neutro común.
3. Guarde el andador en un lugar seco y ventilado.
4. Recuerde que el perno inferior del eje delantero se puede quitar para colocar las ruedas de lado y ahorrar espacio durante el transporte. Si se afloja, vuelva a apretar el perno en el eje delantero antes de usar el andador.

VI. Garantía limitada del producto

Su andador de rodilla todoterreno BodyMed® tiene una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra, siempre que se utilice estrictamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. La única solución en caso de incumplimiento de esta garantía es el reemplazo de los materiales o componentes defectuosos. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original. Se requiere el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra original para que se proporcione el reemplazo completo.

Comuníquese con BodyMed® al 1-866-528-2152.

BODYMED® NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; TODAS DICHAS GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.

La garantía descrita anteriormente no cubre el desgaste normal del producto y queda anulada si el producto deja de funcionar correctamente como resultado de un accidente, uso indebido, abuso, negligencia, manipulación incorrecta, aplicación incorrecta, instalación defectuosa, configuración, ajustes, mantenimiento inadecuado, alteración, uso comercial del producto, uso del producto diferente al uso sugerido en las instrucciones del producto, servicio realizado por cualquier persona que no sea un centro de servicio autorizado o actos fuera del control del fabricante.

BODYMED® NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL, YA SEA QUE SURJA DE CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, ESTATUTO U OTRA FORMA DE ACCIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO QUE EXCEDA EL COSTO DEL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov,
No fabricado con látex de caucho natural.

Escanee el código QR para obtener más información sobre el andador de rodilla todoterreno BodyMed® y cómo ensamblarlo con sencillas instrucciones paso a paso.

Numéro d'article
ZZRWAL03AT

FR

REV. 2

BODYMED®

Déambulateur tout-terrain
à genouillère

Manuel d'instructions

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar. El incumplimiento de todas las precauciones puede provocar lesiones personales o daños al equipo.

Fabriqué pour BodyMed® | Fabriqué en Chine | BodyMedProducts.com | 1-866-528-2152

BODYMED®

Déambulateur tout-terrain
à genouillère

I. Informations sur le produit 27

II. Assemblage 28

III. Comment l'utiliser 34

IV. Consignes de sécurité 35

V. Entretien et stockage 35

VI. Garantie limitée du produit 36

Spécifications du produit

Plage de hauteur d'utilisateur recommandée	5'0" - 6'4"
Genouillère réglable en hauteur	19" - 26" (48 cm - 65 cm)
Guidon réglable en hauteur	33" - 42" (83 cm - 107 cm)
Capacité de poids maximale	350 lb. (159 kg)
Poids du produit	35 lb. (16 kg)
Plage de pression des pneus suggérée	30-35 PSI
Pression maximale des pneus	40 PSI
Turning Radius	32º (3.986 ft.)

Remarque importante: vérifiez la pression des pneus avant utilisation. Les pneus en caoutchouc sont livrés dégonflés pour minimiser la pression pendant le transport. Outils non inclus pour gonfler les pneus. Ces pneus sont équipés d'une valve Schrader standard. Pour gonfler, utilisez une pompe à pneu manuelle de base.

I. Informations sur le produit

Le déambulateur tout-terrain BodyMed® avec panier est une aide à la mobilité à 4 roues robuste, durable et confortable qui offre aux patients souffrant d'une blessure au pied ou à la cheville une alternative douce aux béquilles pendant leur convalescence. Ses pneus tout-terrain de luxe permettent une maniabilité sur des surfaces irrégulières.

Caractéristiques

- Design compact et élégant
- Équipé de quatre pneus tout-terrain de 12 pouces remplis d'air
- Colonne de direction pliable pour un transport et un rangement pratiques
- Hauteur du guidon réglable
- Hauteur des genouillères réglable
- Panier amovible pour un rangement personnel
- Roues directrices avant
- Freins doubles de roue arrière facilement contrôlables

Composants du produit

1. Genouillère rembourrée et profilée
2. Guidon avec poignées antidérapantes et freins à main
3. Colonne de direction réglable en hauteur
4. Colonne de genouillère réglable en hauteur
5. Pneus tout-terrain avant et arrière
6. Freins à double roue arrière
7. Cadre de barre solide et robuste
8. Panier attachable
9. Clé Allen
10. Antivol en U et vis étoile

II. Assemblage

Redresser les roues avant

VEUILLEZ NOTER : Les roues avant sont tournées sur le côté pour faciliter l'expédition. Cela peut également vous permettre de gagner de la place lorsque vous transportez votre trottinette de rééducation.

Boulon d'essieu avant

1. Localisez le boulon inférieur sur l'essieu avant du déambulateur à genoux.

2. Utilisez la clé Allen de 3/16 de pouce pour serrer ou desserrer le boulon.

> ⚠ **Remarque importante :** Le boulon inférieur de l'essieu avant peut être retiré afin de positionner les roues latéralement et ainsi gagner de la place lors du transport. Si vous desserrez ce boulon, veillez à le resserrer sur l'essieu avant avant d'utiliser le déambulateur. Le boulon inférieur est fourni séparément. Veuillez consulter les images ci-dessous pour savoir où insérer le boulon.

Relever la colonne de direction

VEUILLEZ NOTER : Lorsque vous recevrez votre trotteur pour genou, la colonne de direction sera en position repliée. Utilisez une clé Allen de 3/16 de pouce pour desserrer le boulon.

1. Tirez sur le levier de serrage rapide situé à la base de la colonne de direction pour desserrer la fixation, puis poussez le levier vers l'avant pour le désengager.

2. Poussez le levier vers le bas et vers la gauche pour dégager la goupille, puis poussez la colonne de direction vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en position complètement verticale.

3. Lorsque la colonne de direction est en position verticale, relâchez le levier de serrage afin que la goupille reprenne sa place dans l'orifice.



4. Soulevez le levier de serrage et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression exercée par le levier.

Replier la colonne de direction

1. Relâchez le levier de serrage situé à la base de la colonne de direction, puis poussez le levier vers l'avant pour le désengager.

2. Poussez le levier vers le bas et vers la gauche pour dégager la goupille, puis poussez la colonne de direction vers le bas jusqu'à sa position repliée.

Assemblage du guidon et réglage de la hauteur

1. Desserrez la pince à dégagement rapide.

2. Desserrez et retirez la vis moletée (bouton) fixée à la colonne de direction, puis réglez la hauteur de la colonne de direction.

Assemblage du guidon et réglage de la hauteur (suite)

3. Insérez la vis cruciforme (bouton) dans le trou pour relier les deux colonnes, puis serrez le bouton sur la vis adjacente située sur la colonne de direction.

4. Serrez la pince à dégagement rapide pour la fixer.

Fixation pour panier

1. Pour installer le panier, repérez les deux trous supérieurs à l'arrière du panier.

2. Insérez ces deux orifices sur les pattes de fixation avant de la colonne de direction, puis appuyez jusqu'à ce que le panier soit solidement fixé aux pattes de fixation avant.

Assemblage des genouillères et réglage de la hauteur

1. Desserrez la pince à dégagement rapide.

2. Retirez la goupille de la barre du protège-genoux.

3. Insérez la colonne du coussinet de genou dans la barre du coussinet de genou sur le cadre, puis ajustez la colonne du coussinet de genou à la hauteur appropriée.

4. Insérez la goupille dans le trou de la barre du protège-genoux pour bloquer la hauteur.

5. Remettez l'antivol en U pour sécuriser la goupille.

6. Serrez la pince à dégagement rapide située sous la genouillère.

Shop the complete line of BodyMed® products at **www.BodyMedProducts.com**.

Mode frein de stationnement

1. Pour serrer le frein de stationnement, localisez les goupilles à ressort sur chaque levier de frein à main.

2. Saisissez les deux leviers de frein pour activer les freins des roues arrière, puis appuyez sur les goupilles à ressort pour bloquer les freins.

3. Pour desserrer le frein de stationnement, saisissez à nouveau chaque levier de frein à main, ce qui permettra aux goupilles à ressort de reprendre leur position initiale.

Réglage du frein à main

La position des freins à main peut être ajustée selon les préférences de l'utilisateur.

- Utilisez une clé Allen de 3/16 de pouce pour desserrer les freins à main.
- Repositionnez chaque frein à main dans une position confortable, puis resserrez-les avec la clé Allen pour les fixer.

Réglage des freins

Lors de l'assemblage ou de l'entretien courant, il est important de vérifier le serrage du mécanisme de freinage. La pression exercée par le mécanisme de freinage sur la roue doit être suffisante pour que la roue ne tourne pas et ne soit pas excessivement serrée lorsque le frein à main est complètement actionné.

- Si les freins sont trop lâches, ils ne fonctionneront pas correctement.
- Si les freins sont trop serrés, ils peuvent produire un grincement lors de l'utilisation du déambulateur à genoux.

Des réglages sont nécessaires si les freins sont trop lâches ou trop serrés. Le serrage des freins peut être ajusté à l'aide des écrous situés aux extrémités du câble de frein.

- Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre desserre le frein.
- Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre serre le frein.

Réglage des freins (suite)

1. L'écrou de la roue de frein se trouve juste à l'intérieur de la roue arrière droite.



2. Localisez les vis sur le câble de frein gauche ou droit.

III. Comment l'utiliser

1. Vérifiez la pression des pneus avant utilisation et gonflez-les à la pression recommandée.
2. Avant utilisation, serrez le frein de stationnement.
3. Placez vos mains sur le guidon.
4. Positionnez le genou de votre jambe blessée (ou la cheville) au centre du coussinet. Votre bas de jambe reposera sur la partie arrière du coussinet.
5. Relâchez le frein de stationnement et propulsez-vous vers l'avant et vers l'arrière à l'aide de votre autre jambe. Maintenez le genou de votre jambe blessée (ou la cheville) centré sur le coussinet.
6. Déplacez-vous lentement afin de pouvoir vous arrêter en toute sécurité à l'aide de votre autre jambe.
7. Utilisez les freins à main si nécessaire.

IV. Considérations de sécurité

1. Lors du réglage de la hauteur du guidon, assurez-vous que la vis (ou le bouton) de réglage est bien serrée pour un maintien sécurisé.
2. Tenez fermement les poignées du guidon à deux mains.
3. Pour ralentir ou arrêter le déambulateur à genoux, serrez les deux freins à main pour actionner les freins de la roue arrière. Soyez attentif aux distances et à la vitesse lorsque vous ralentissez ou vous arrêtez.
4. Maintenez le déambulateur en équilibre pendant l'utilisation.
5. Sauf pour régler la hauteur, ne tirez pas sur le coussinet d'appui pour les genoux. Veillez à ne pas endommager les pièces de connexion.
6. Ne vous penchez pas en avant lorsque vous êtes positionné sur le coussinet d'appui, car cela pourrait faire basculer le déambulateur.
7. Assurez-vous que toutes les pièces de connexion ne sont pas endommagées avant utilisation.
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'escaliers.
9. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer des vertiges ou des troubles de l'équilibre.
10. Cet appareil est conçu pour être utilisé lorsqu'une personne est déjà installée sur le déambulateur. Ne l'utilisez pas pour vous relever d'une position assise.
11. Soyez prudent lorsque vous passez d'une surface recouverte de moquette à un sol dur ou à toute autre surface irrégulière.
12. N'utilisez pas l'appareil si des composants sont manquants.
13. Pour des résultats optimaux, cet appareil ne doit pas être utilisé au-delà de la limite de poids recommandée.

V. Entretien et stockage

1. Veillez à installer correctement les composants du déambulateur à genoux avant utilisation. N'endommagez pas les composants lors de l'installation.
2. Nettoyez avec un détergent neutre classique.
3. Rangez l'appareil dans un endroit sec et aéré.
4. N'oubliez pas que le boulon inférieur de l'essieu avant peut être retiré afin de positionner les roues latéralement pour gagner de la place lors du transport. Si le boulon est desserré, veuillez le resserrer sur l'essieu avant avant d'utiliser le déambulateur.

VI. Garantie limitée du produit

Votre déambulateur tout-terrain BodyMed® est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication survenant dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat, lorsqu'il est utilisé en stricte conformité avec les instructions fournies. Le seul recours en cas de violation de cette garantie est le remplacement des matériaux ou composants défectueux. Cette garantie ne s'étend qu'à l'achat initial. Le reçu d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat initiale est requis avant que le remplacement complet ne soit effectué.

Veuillez contacter BodyMed® au 1-866-528-2152

BODYMED® NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, TOUTES CES GARANTIES ÉTANT EXPRESSÉMENT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE.

La garantie décrite ci-dessus ne couvre pas l'usure normale du produit et est nulle si le produit ne fonctionne pas correctement à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une mauvaise application, d'une installation, d'un réglage, d'un entretien ou d'une modification incorrects, d'une utilisation commerciale du produit, d'une utilisation du produit différente de l'utilisation suggérée énoncée dans les instructions du produit, d'un entretien par une personne autre qu'un centre de service agréé ou d'actes indépendants de la volonté du fabricant.

BODYMED® NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QU'IL SOIT RÉSULTANT D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, D'UNE LÉGISLATION OU D'UNE AUTRE FORME D'ACTION OU DE TOUT DOMMAGE SUPÉRIEUR AU COÛT DU REMPLACEMENT DU PRODUIT.

AVERTISSEMENT: Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov, Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

Scannez le code QR pour en savoir plus sur le déambulateur tout-terrain BodyMed® et comment l'assembler avec des instructions étape par étape faciles.